Карта безопасности:
ДЕФИБРИЛЛЯТОР (Модель: Mindray BeneHeart D6 / аналогичные)



Тип устройства: Автоматический / полуавтоматический дефибриллятор с монитором

1. ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ПРОВЕРКА ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ (ежедневно и/или перед применением)

✔ 1. Убедитесь, что аппарат включается (дисплей активен, нет критических сообщений).
✔ 2. Проверьте заряд батареи (должна быть ≥ 80%).
✔ 3. Проверьте наличие и срок годности электродов/пэдов.
✔ 4. Убедитесь в наличии правильного кабеля ЭКГ / SPO_2 и их целостности.
✔ 5. Проверьте наличие геля, запасного комплекта электродов, салфетки.
✔ 6. Запустите самотест (если функция доступна) или выполните функциональный тест в режиме симуляции.
✔ 7. Проверьте исправность кнопок «SHOCK», «CHARGE», «ANALYZE».
✔ 8. Убедитесь в отсутствии загрязнений, повреждений кабелей, разъёмов, корпуса.

2. ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ

- Визуально и голосом убедитесь, что никто не прикасается к пациенту в момент разряда.
- Поддерживайте плотный контакт между электродами и кожей - сухая кожа, волосы сбриты при необходимости.
- При переносе - выключите аппарат или зафиксируйте в прочной позиции для транспортировки.
- В случае многоразовых электродов - протереть/обработать по инструкции.
- Регулярно проверяйте, что разряд задан верно (джоули): взрослые $_{200\ Дж,\ дети}$ 50–100 Дж.

3. ПОСЛЕ ПРИМЕНЕНИЯ

✔ Зарегистрируйте событие в журнале.
✔ Утилизируйте использованные одноразовые материалы.
✔ Очистите и продезинфицируйте аппарат (включая кнопку разряда, манжеты, кабели).
✔ Проверьте наличии комплекта - восстановите запас.

4. ЧАСТЫЕ ОШИБКИ (И ЧТО ДЕЛАТЬ)

Ошибка/ситуация	Возможная причина	Что делать
Не включается	Разряжена батарея / аппарат не заряжен	Подключить к сети, проверить ЗУ и индикатор
Разряд не происходит	Электроды не подключены / потерян контакт	Проверьте крепление, повторно подключите
Аппарат не анализирует ритм	Не соблюдён порядок подключения / движение	Убедитесь, что пациент не трогается
Ошибка ## (на экране)	Аппарат требует проверки внутренних схем	Обратитесь в техотдел, отложите использование Тел:
Неправильный разряд (дети/взр.)	Неверно выбран режим или не сменён протокол	Установите вручную нужные параметры
PADS EXPIRED / «Срок	Истёк срок хранения	Заменить на новый комплект

истек»	электродов	
Чёрный / ничего нет на экране	Контакт дисплея / питание	Подключите к источнику или устраните контакт

ВНИМАНИЕ:

- Не применяйте дефибриллятор на мокрой поверхности или рядом с кислородом без обеспечения вентиляции!
- Не касайтесь пациента и элементов приборов во время анализа и разряда.
- Никогда не проводите заряд дефибриллятора «на ходу» (при перемещении пациента).
- Используйте только рекомендованные и сертифицированные электроды.

КУДА ПРИКРЕПИТЬ ДАННУЮ КАРТУ:

- В пластиковом держателе сбоку от каталки/тележки с аппаратом.
- Краткая версия – на задней крышке дефибриллятора.
- Электронная копия – в общем чате СМК/мессенджере, привязанном к QR на устройстве.
- Обязательное включение в Ориентационный лист по СМК для новых работников.

Ответственные за поддержание карты в актуальном состоянии:

- старшая медсестра отделения (ежемесячный осмотр);
- инженер по медтехнике (по прибытии новых устройств / обновлений прошивки);
- медицинский персонал обязан быть ознакомлен (под подпись + обучение 1 раз в год).